

監控點圖表


監控點: 947-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2025-12-01 00:00 ~ 2025-12-31 23:59

最大值: -29 °C

最小值: -35.5 °C

平均值: -33.6 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許敬良 2026.01.08

監控點圖表


監控點: 948-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(下)電
話: 3933

時間區間: 2025-12-01 00:00 ~ 2025-12-31 23:59

最大值: -22.3 °C

最小值: -32 °C

平均值: -28.3 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許敬恩 2026.01.08