

監控點圖表


監控點: 947-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2024-03-01 00:00 ~ 2024-03-31 23:59

最大值: -24.3 °C

最小值: -38.9 °C

平均值: -36.9 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑英 2024.04.01

監控點圖表

監控點: 948-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(下)電

時間區間: 2024-03-01 00:00 ~ 2024-03-31


話: 3933

23:59

最大值: -26.4 °C

最小值: -33.9 °C

平均值: -31.8 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑英 2024.04.01