

監控點圖表


監控點: 947-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2024-05-01 00:00 ~ 2024-05-31 23:59

最大值: -24.5 °C

最小值: -38.9 °C

平均值: -36.5 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑貞 2024.06.07

監控點圖表


監控點: 948-臨床試驗中心-30℃冷凍櫃-(下)電
話: 3933

時間區間: 2024-05-01 00:00 ~ 2024-05-31
23:59

最大值: -24.2 °C

最小值: -33.5 °C

平均值: -30.8 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑貞 2024.06.07