


監控點圖表

監控點: 947-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2024-08-01 00:00 ~ 2024-08-31 23:59

最大值: -32.8 °C 最小值: -38.9 °C 平均值: -37.6 °C




製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管: 許敬良 2024.09.03

監控點圖表

監控點: 948-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(下)電
時間區間: 2024-08-01 00:00 ~ 2024-08-31 23:59
話: 3933

最大值: -25.9 °C 最小值: -32.8 °C 平均值: -31.5 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管: 許淑貞 2024.09.03