


監控點圖表

監控點: 947-臨床試驗中心-30℃冷凍櫃-(上)電
話:3933

時間區間: 2025-01-01 00:00 ~ 2025-01-31 23:59

最大值: -32.9 °C 最小值: -38.2 °C 平均值: -36.7 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用


單位主管:

許淑英 2025.02.11

監控點圖表

監控點: 948-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(下)電
時間區間: 2025-01-01 00:00 ~ 2025-01-31 23:59
話: 3933

最大值: -25 °C 最小值: -31.7 °C 平均值: -30.8 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管: 許淑貞 2025.02.11