


監控點圖表

監控點: 947-臨床試驗中心-30℃冷凍櫃-(上)電
時間區間: 2025-02-01 00:00 ~ 2025-02-28 23:59
話: 3933

最大值: -33.5 °C 最小值: -37.5 °C 平均值: -36.4 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用 單位主管: 許淑貞 2025.03.11

監控點圖表


監控點: 948-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(下)電
話: 3933

時間區間: 2025-02-01 00:00 ~ 2025-02-28 23:59

最大值: -25.5 °C

最小值: -31.7 °C

平均值: -30.8 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑貞 2025.03.11