


監控點圖表

監控點: 947-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(上)電
時間區間: 2025-04-01 00:00 ~ 2025-04-30 23:59
話: 3933

最大值: -32 °C
最小值: -37.4 °C
平均值: -35.7 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管: 許淑曼 2025.05.12

監控點圖表


監控點: 948-臨床試驗中心-30℃冷凍櫃-(下)電
話: 3933

時間區間: 2025-04-01 00:00 ~ 2025-04-30 23:59

最大值: -23.9℃

最小值: -31.4℃

平均值: -30.0℃



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑貞 2025.05.12