

監控點圖表

監控點: 947-臨床試驗中心-30℃冷凍櫃-(上)電

時間區間: 2025-05-01 00:00 ~ 2025-05-31


話: 3933

23:59

最大值: -33℃

最小值: -36.5℃

平均值: -35.6℃



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

楊愛萍 2025.6.4

監控點圖表


監控點: 948-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(下)電
話: 3933

時間區間: 2025-05-01 00:00 ~ 2025-05-31 23:59

最大值: -24.4 °C

最小值: -30.5 °C

平均值: -29.9 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

賴受平
2025-06-04 PM