

監控點圖表


監控點: 947-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2025-06-01 00:00 ~ 2025-06-30
23:59

最大值: -26.5 °C

最小值: -38 °C

平均值: -36.0 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑貞 2025.07.10

監控點圖表


監控點: 948-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(下)電
話: 3933

時間區間: 2025-06-01 00:00 ~ 2025-06-30
23:59

最大值: -19.3 °C

最小值: -32 °C

平均值: -30.4 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑英 2025.07.10