

監控點圖表


監控點: 947-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2025-08-01 00:00 ~ 2025-08-31 23:59

最大值: -27 °C

最小值: -37.7 °C

平均值: -36.4 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用


單位主管:

許淑貞 2025.09.02

監控點圖表

監控點: 948-臨床試驗中心-30℃冷凍櫃-(下)電
時間區間: 2025-08-01 00:00 ~ 2025-08-31 23:59
話: 3933

最大值: -19.5℃ 最小值: -31.7℃ 平均值: -30.6℃



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管: 許淑貞 2025.09.02