

監控點圖表


監控點: 947-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2026-02-01 00:00 ~ 2026-02-28 23:59

最大值: -24.3 °C

最小值: -36.5 °C

平均值: -35.1 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑珍 2026.03.04

監控點圖表


監控點: 948-臨床試驗中心-30°C冷凍櫃-(下)電
話: 3933

時間區間: 2026-02-01 00:00 ~ 2026-02-28 23:59

最大值: -24.3 °C

最小值: -33.3 °C

平均值: -29.8 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許敬忠 2026.03.04