


監控點圖表

監控點: 945-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(上)電
話:3933

時間區間: 2025-12-01 00:00 ~ 2025-12-31 23:59

最大值: -71.9 °C 最小值: -82.3 °C 平均值: -80.6 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑貞 2026.01.08

監控點圖表


監控點: 946-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(下)電
話:3933

時間區間: 2025-12-01 00:00 ~ 2025-12-31 23:59

最大值: -71.8 °C

最小值: -83.3 °C

平均值: -81.4 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑貞 2026.01.08