

監控點圖表

監控點: 945-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(上)電


話: 3933

時間區間: 2024-01-01 00:00 ~ 2024-01-31 23:59

最大值: -58.8 °C

最小值: -82.7 °C

平均值: -76.0 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許敬 2024.02.06


監控點圖表

監控點: 946-臨床試驗中心-70℃冷凍櫃-(下)電
話: 3933

時間區間: 2024-01-01 00:00 ~ 2024-01-31 23:59

最大值: -57.4 °C 最小值: -82 °C

平均值: -74.8 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許敬堯 2024.02.06