

監控點圖表

監控點: 945-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(上)電

時間區間: 2024-02-01 00:00 ~ 2024-02-29


話: 3933

23:59

最大值: -75.3 °C

最小值: -83.4 °C

平均值: -81.0 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許敬良 2024.03.09

監控點圖表

監控點: 946-臨床試驗中心-70℃冷凍櫃-(下)電


話: 3933

時間區間: 2024-02-01 00:00 ~ 2024-02-29 23:59

最大值: -73.4 °C

最小值: -82.6 °C

平均值: -80.1 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許敬 2024.03.07