

監控點圖表


監控點: 945-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2025-06-01 00:00 ~ 2025-06-30
23:59

最大值: -71.3 °C

最小值: -89.2 °C

平均值: -80.9 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑芬 2025.07.10

監控點圖表

監控點: 946-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(下)電

時間區間: 2025-06-01 00:00 ~ 2025-06-30


話: 3933

23:59

最大值: -73.5 °C

最小值: -89.6 °C

平均值: -81.1 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑貞 2025.07.10