

監控點圖表


監控點: 945-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2025-07-01 00:00 ~ 2025-07-31
23:59

最大值: -76.3 °C

最小值: -82.8 °C

平均值: -80.6 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用


單位主管:

許淑貞 2025.08.07

監控點圖表

監控點: 946-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(下)電
時間區間: 2025-07-01 00:00 ~ 2025-07-31 23:59
話: 3933

最大值: -74.5 °C 最小值: -82.7 °C 平均值: -80.7 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管: 許淑貞 2025.08.09