

監控點圖表


監控點: 945-臨床試驗中心-70℃冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2025-08-01 00:00 ~ 2025-08-31 23:59

最大值: -75.1℃

最小值: -82.8℃

平均值: -80.7℃



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:


許淑貞 2025.09.02

監控點圖表

監控點: 946-臨床試驗中心-70℃冷凍櫃-(下)電
話: 3933

時間區間: 2025-08-01 00:00 ~ 2025-08-31 23:59

最大值: -74.9℃ 最小值: -82.7℃ 平均值: -80.8℃



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許敬良 2025.09.02