


監控點圖表

監控點: 945-臨床試驗中心-70℃冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2025-11-01 00:00 ~ 2025-11-30 23:59

最大值: -72.5 °C 最小值: -82.3 °C 平均值: -80.6 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:


許淑英 2025.12.03
SCM peranny 2025.12.03

監控點圖表

監控點: 946-臨床試驗中心-70°C冷凍櫃-(下)電話: 3933

時間區間: 2025-11-01 00:00 ~ 2025-11-30 23:59

最大值: -70.5 °C 最小值: -82.5 °C 平均值: -80.9 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑貞 2025.12.03