


監控點圖表

監控點: 945-臨床試驗中心-70℃冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2026-01-01 00:00 ~ 2026-01-31 23:59

最大值: -75.8 °C 最小值: -81.9 °C 平均值: -80.6 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑貞 2026.02.09

監控點圖表


監控點: 946-臨床試驗中心-70℃冷凍櫃-(下)電
話: 3933

時間區間: 2026-01-01 00:00 ~ 2026-01-31 23:59

最大值: -78.3 °C

最小值: -83.3 °C

平均值: -81.7 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許敬忠 2026.02.09