

監控點圖表

監控點: 945- 臨床試驗中心-70℃冷凍櫃-(上)電

時間區間: 2025-03-01 00:00 ~ 2025-03-31


話: 3933

23:59

最大值: -72.7℃

最小值: -83℃

平均值: -80.9℃



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑貞 2025.04.06

監控點圖表

監控點: 946-臨床試驗中心-70℃冷凍櫃-(下)電

時間區間: 2025-03-01 00:00 ~ 2025-03-31


話: 3933

23:59

最大值: -71.8 °C

最小值: -82.4 °C

平均值: -80.6 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管:

許淑貞 2025.04.06