


監控點圖表

監控點: 945-臨床試驗中心-70℃冷凍櫃-(上)電
話: 3933

時間區間: 2025-09-01 00:00 ~ 2025-09-30 23:59

最大值: -72.7 °C 最小值: -82.8 °C 平均值: -80.5 °C




製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管: 許淑貞 2025.10.13

監控點圖表

監控點: 946-臨床試驗中心-70℃冷凍櫃-(下)電
時間區間: 2025-09-01 00:00 ~ 2025-09-30 23:59
話: 3933

最大值: -73.4 °C 最小值: -82.3 °C 平均值: -80.5 °C



製表者: 臨床試驗中心-公用

單位主管: 許淑曼 2025.10.13